

INVENTAIRE DES DECHETS RADIOACTIFS SUR LE SITE DE RENNES – LA MEZIERE

Date d'inventaire : 03/02/2025

Type de déchets	Quantité
Eau enrichie en 18O irradiée	25 grammes
Flacon de 15 mL ayant contenu de l'eau enrichie en 18O irradiée	10 flacons

Commentaires :

Au 03/02/2025, seuls les essais d'irradiation du cyclotron IBA ont été réalisés entre le 19/09 et le 23/09/2024 avec transfert direct de l'eau irradiée en enceinte de répartition. Il n'y a pas eu de radiosynthèse et les essais de contrôle analytique dans le laboratoire de contrôle qualité ont été réalisés avec du F18 pur, traité par décroissance 48h.